

Ai Direttori Generali

- delle ATS
- delle ASST
- degli IRCCS Pubblici

Ai Legali Rappresentanti degli IRCCS Privati, delle
Case di Cura Private Accreditate e degli Ospedali
Religiosi Classificati
della Lombardia

e, p.c.

- Ai Referenti Locali per la Dispositivo-Vigilanza
- Ai Risk Manager aziendali
della Lombardia

e, p.c.

Vivisol Srl
Email: ufficiogare@pec.vivisol.it

**Oggetto: Avvisi di sicurezza sui dispositivi medici CPAP/PAP e ventilatori- fabbricante Philips-
Respironics**

Alla luce delle comunicazioni ministeriali e della ditta Philips, è pervenuto alla scrivente in data odierna il riscontro da parte della ditta Vivisol Srl, che si riporta di seguito :

“In merito alla Vs comunicazione, con la presente Vi informiamo che:

- 1. Tutte le macchine Philips da noi fornite ed in uso agli Assistiti sono provviste di umidificatore e dunque l'utilizzo del filtro non è una soluzione tecnicamente percorribile;*
- 2. L'utilizzo del filtro, nei casi di apparecchiature di più bassa fascia non è, al momento, autorizzato da parte del produttore”*

Referente per l'istruttoria della pratica: ROSSANO GIURATO

Tel. 02/6765.3091

Si chiede alle SS.LL: in indirizzo di dare a massima diffusione della presente nota agli operatori interessati

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
IDA FORTINO

Referente per l'istruttoria della pratica: ROSSANO GIURATO

Tel. 02/6765.3091