



**Regione  
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE GENERALE WELFARE  
PROGRAMMAZIONE  
FARMACO E DISPOSITIVI MEDICI

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano

Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

[welfare@pec.regione.lombardia.it](mailto:welfare@pec.regione.lombardia.it)

Ai Direttori Generali della Lombardia

- delle ATS
- delle ASST
- degli IRCCS Pubblici

Ai Legali Rappresentanti degli IRCCS Privati,  
delle Case di Cura Private Accreditate e degli  
Ospedali Religiosi Classificati

e, p.c.

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti  
- ARIA Spa  
Email: [protocollo@pec.ariaspa.it](mailto:protocollo@pec.ariaspa.it)

Dott. Ferdinando Capece  
Responsabile Area Quality e Regulatory Affairs -  
CONFINDUSTRIA Dispositivi Medici  
Email: [capece@confindustriadm.it](mailto:capece@confindustriadm.it)

Dott. Cristian Ferraris  
Direttore Settore Organizzazione, Sviluppo e  
Rapporti Associativi - ASSOLOMBARDA  
Email: [cristian.ferraris@assolombarda.it](mailto:cristian.ferraris@assolombarda.it)

- Ai referenti aziendali per la Dispositivo-Vigilanza
- Ai Risk Manager aziendali

**Oggetto: Segnalazioni di false positività dei test SMFP-71 AFIAS COVID-19 AG ref. SMFP-71 –  
fabbricante BODITECH MED INC- lotti SRQXA41G e SRQXA49G**

Con la presente si trasmette la nota del Ministero della Salute prot. 0017987-11/03/2021-DGDMF-MDS-P,  
di pari oggetto, con riserva di ulteriori aggiornamenti.

Nell'attesa che il Ministero della Salute acquisisca le utili informazioni richieste al fabbricante, si invita a  
diffondere la presente nota nell'ambito delle farmacie del territorio di competenza e si invitano tutte le  
Strutture sanitarie in indirizzo a sospendere e a porre in quarantena i lotti SRQXA41G e SRQXA49G di  
detto test fino a nuova comunicazione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
IDA FORTINO

Allegati:

File 2021.03.12\_0018606-DGDMF-MDS-P\_Segnalazioni false positività test SMFP-71 AFIAS  
COVID-19 AG ref. SMFP-71\_fabbricante BODITECH MED INC- lotti SRQXA41G e SRQXA49G.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: ROSSANO GIURATO

Tel. 02/6765.3091